

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD
DEL CUSCO**

**FACULTAD DE MEDICINA HUMANA
ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA**



**“EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN
MEDIANTE EL PROTOCOLO ESTABLECIDO EN EL
HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO AÑO
2016”**

TESIS PRESENTADO:

JUAN MANUEL AMAU CHIROQUE

BACHILLER DE ODONTOLOGIA

PARA OPTAR EL TITULO DE:

CIRUJANO DENTISTA

ASESOR:

DR. CARLOS ALONSO CLAUDIO

CUSCO – PERÚ

2016

RESUMEN

“EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN MEDIANTE EL PROTOCOLO ESTABLECIDO EN EL HOSPITAL NACIONAL ADOLFO GUEVARA VELASCO AÑO 2016”

El diseño de estudio fue observacional, de tipo descriptivo, transversal y prospectivo la muestra estuvo representada por los 90 procesos de esterilización realizados por el personal de la Central de Esterilización en los diferentes turnos (mañana, tarde y noche) durante 30 días calendario.

Esta investigación planteo como objetivos: evaluar el proceso de esterilización a calor húmedo en la Central de Esterilización del HNAGV, verificar el cumplimiento de los procedimientos realizados por el personal en el área roja, azul y verde. Utilizando como indicador la **“Lista de verificación de procedimientos que se encuentra en el Manual de Normas y Procedimientos de la Unidad de Esterilización de ESSALUD”**.

De la investigación se puede concluir que la evaluación realizada a los procesos de esterilización a calor húmedo no alcanzan el estándar establecido en el “Manual de Procedimiento de ESSALUD” que es de 100% obteniéndose **(89.22%)**.

También que en la verificación del cumplimiento de los procedimientos realizados en el **ÁREA ROJA**, no alcanza el estándar establecido en el “Manual de Procedimientos de ESSALUD” que es de 100% obteniéndose **(85.66%)** en la presente investigación.

Además que en la verificación del cumplimiento de los procedimientos en el **ÁREA AZUL**, no alcanza el estándar establecido en el “Manual de Procedimientos de ESSALUD” que es de 100% obteniéndose **(90.12%)** en la presente investigación.

De igual manera en la verificación del cumplimiento de los procedimientos en el **ÁREA VERDE**, no alcanza el estándar establecido en el Manual de Procedimientos de ESSALUD que es de 100% obteniéndose **(91.88%)** en la presente investigación.

PALABRAS CLAVES: esterilización, calor húmedo, manual de procedimientos.